Кожный степлер и удалитель скоб
Инструкция по использованию

Кат. №: SSG-15W, SSG-25W, SSG-35W, SSG-55W, SSG-15R, SSG-25R, SSG-35R, SSG-55R, SSG-15H, SSG-25H, SSG-35H, SSG-55H, SRG-T

GRENA® **Grena Ltd,** 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9HH, United Kingdom	**Contact information:** Phone: +44 131 208 207 6 Fax: +44 131 777 80 77 **Эксклюзивный представитель в России** ООО "ОМЕГАМЕДСЕРВИС" (812)495-97-74	CE 0197	RU IFU-046-ENG-06

Показания:

КОЖНЫЙ СТЕПЛЕР- предназначен для хирургических и других закрытий ран при общих, торакальных, гинекологических, ортопедических, сердечно-сосудистых, урологических и пластических операциях.

УДАЛИТЕЛЬ СКОБ – устройство для снятия скоб, после заживления ран.

Противопоказания:

Кожные степлеры нельзя использовать если расстояние менее 5 мм между сшиваемой частью кожи и сосудами, крупными нервами, внутренними органами, костями, соединительной тканью, т.к. сухожилия и связки.

Инструкция по использованию:

КОЖНЫЙ СТЕПЛЕР

1. Поднимите, выверните и сведите края кожи, используя пинцет для ткани.
2. Расположите степлер по центру сведенных краев кожи поперек относительно линии разреза на расстоянии 1-2 мм выше кожи, чтобы обеспечить небольшой промежуток между накладываемыми скобками и кожей, это обеспечить простое снятие скоб после заживления.
3. Закройте степлер, сжимая триггер непрерывно, пока не почувствуется сопротивление.
4. Нажмите тригер, чтобы поставить скобу

УДАЛИТЕЛЬ СКОБ

1. Вставьте нижнюю браншу удалителя под основание клипсы (промежуток).
2. Сожмите полностью ручки удалителя до сопротивления.Не уберайте удалитель.
3. Убедитесь, что скоба приняла форму буквы М. Аккуратно удалите скобу.

Предупреждение и предосторожности:

1. Прочитайте инструкцию до использования.
2. Рекомендуемое расстояние для наложения скоб 5 мм. На раны 5 см-15 скоб, на раны от 5-10 см 25 скоб, на раны от 10-15 см- 35 скоб, на раны от 15-25 см -55 скоб.
3. Сначало согните 3 скобки вне раны. Удостоверьтесь, что они согнуты правильно, после этого можно использовать степлер.
4. Всегда сжимайте триггер до сопротивления. Если триггер спущен преждевременно и произошло сжатие, следующая скоба может появиться быстрее чем первая. Это может привести к затору скоб.
5. Скобы не должны оставаться в теле более 30 дней.
6. Удаленные собы острые и потенциально опасные. Необходимо произвести обработку перед утилизацией.

Стерилизация:

КОЖНЫЙ СТЕПЛЕР- одноразовое изделие

УДАЛИТЕЛЬ СКОБ- одноразовое изделие

Продукт предназначен только для использования квалифицированным персоналом.



Беречь от влаги


Ознакомьтесь с инструкцией


Производитель


Изучите, прилагающуюся информацию