Лигирующие клипсы Weck Hem-o-lok®

ПОКАЗАНИЯ

Лигирующие клипсы Hem-o-lok предназначены для использования в ходе процедур, включающих лигирование сосудов или тканевых структур. Хирурги должны накладывать клипсу соответствующего размера на сосуд или тканевую структуру таким образом, чтобы клипса полностью охватывала сосуд или тканевую структуру.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лигирующие клипсы Hem-o-lok® не предназначены для использования в качестве контрацептивного устройства для окклюзии фаллопиевых труб.
Лигирующие клипсы Hem-o-lok® противопоказаны для лигирования почечных артерий в ходе лапароскопической донорской нефрэктомии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для обеспечения надежного лигирования сосуда или ткани клипса должна быть защелкнута. После наложения осмотрите место лигирования, чтобы убедиться в должном закрытии клипсы.
Teleflex Medical рекомендует осуществлять лигирование почечных артерий (за исключением лапароскопической донорской нефрэктомии – см. выше раздел ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) с применением более чем одной клипсы со стороны пациента, создавая дистальную культю почечной артерии размером минимум 2-3 мм, считая от дистальной клипсы.
Наложение второй клипсы на остальные сосуды (за исключением почечной артерии) остается на усмотрение хирурга. После лигирования необходимо убедиться в надежности закрытия сосуда или ткани.
Полимерная лигирующая клипса Hem-o-lok не предназначена для использования в качестве тканевого маркера.

Перед наложением клипсы оцените размер и состояние сосуда или структуры, чтобы подобрать клипсу соответствующего размера. Подбор структур для наложения клипс, контроль надежного закрытия клипс после их размещения, а также после использования прочих хирургических устройств в зоне непосредственного наложения находится в ответственности оператора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лигирующие клипсы Hem-o-lok поставляются стерильными. Картриджи с лигирующими клипсами НЕ ПОДЛЕЖАТ повторной стерилизации. Картриджи с лигирующими клипсами Hem-o-lok содержат барий и являются рентгенконтрастными.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лигирующие клипсы Hem-o-lok обычно предназначены для работы с различными размерами сосудов и тканевых структур в соответствии со следующей таблицей. Подбор клипс для конкретных целей осуществляется по усмотрению хирурга.

Размер клипсы	Диапазон размеров сосудов
S – малый	0,5мм-3мм
M – средний	2мм-7мм
ML – большой средний	3мм-10мм
L – большой	5мм-13мм
XL – очень большой	7мм-16мм

Загрузка клипс

1. Для загрузки аппликатора возьмите его и осторожно введите губки аппликатора в паз картриджа, убедившись, что губки располагаются перпендикулярно по отношению к основанию картриджа. Осторожно обжимайте клипсу аппликатором, пока не услышите щелчок. Не прилагайте силу при загрузке аппликатора в картридж и обжимании им клипсы. Аппликатор должен легко входить в аппликатор и легко выниматься из него.
2. Удалите аппликатор из картриджа, убедившись, что клипса надежно захвачена губками аппликатора. При доставании клипсы может потребоваться сжатие ручек аппликатора.

Размещение и закрытие клипс

3. Обеспечьте достаточную зачистку лигируемой структуры, чтобы на блокирующий механизм клипсы не попали ткани. Не используйте клипсу или аппликатор в качестве инструмента для рассечения тканей.
4. В ходе наложения сориентируйте одиночный зубец клипсы. Это позволит оператору визуально подтвердить инкапсуляцию лигируемой структуры.
5. Разместите клипсу вокруг лигируемой ткани таким образом, чтобы блокирующий механизм был четко виден. Сожмите ручки аппликатора с силой, достаточной для сжатия губок и закрытия клипсы. При ослаблении давления на ручки аппликатора он вернется в полностью открытое положение. ПРИМЕЧАНИЕ: При разделении тканей оставляйте дистальную тканевую культю размером около 2-3мм, считая от лигирующей клипсы, т.е. не используйте боковую часть клипсы в качестве режущей кромки.

СОВМЕСТИМОСТЬ ЛИГИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Сегодня на рынке существует несколько видов лигирующих клипс, помимо лигирующих клипс Hem-o-lok от Teleflex Medical. Ваш аппликатор Weck Hem-o-lok предназначен для использования исключительно с лигирующими клипсами Hem-o-lok. Цветная кодировка аппликатора соответствует цвету картриджа с лигирующими клипсами, который необходимо использовать при работе с аппликатором. Компания Teleflex Medical не несет ответственности за неудовлетворительные результаты работы, связанные с использования любого оборудования или клипс, не выпускаемых Teleflex Medical в качестве неотъемлемой части данной конкретной системы.

ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ
НЕСТЕРИЛЬНО
CE-сертификация 0120
Представитель в ЕС: Teleflex Medical, Бизнес- и технологический парк IDA, Атлон, Ирландия

Стерилизовано оксидом этилена. Не подлежит повторному применению и повторной стерилизации. Не использовать при повреждении упаковки. Не содержит ПВХ, латекса.

Teleflex Medical
Адрес производителя: Research Triangle Park, NC 27709 USA (США)
Телефоны: (866) 246-6990 (США), (919) 544-8000 (международный)
№ патента США 4,685,460. 220002422 R01 L03507