CE 1370 STERILE EO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ «НАБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИЙНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ RECHARGE B / P TYPE»

R B

РУ: РЗН2019/9364

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С АВТОМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ БИОПСИИ
RB /B подходит к автоматическому устройсту BARD® MAGNUM®
RB /P подходит к автоматическому устройсту ProMag® Ultra® 2,5

Предостережения:
- Хранить в сухом и чистом месте, вдалеке от прямых попаданий солнечных лучей и источников тепла.
- Перед использованием проверить целостность стерильной упаковки: в случае наличия повреждений или если открыта, не использовать изделие.
- Проверить срок годности.
- Не нарушать стерильность изделия перед использованием.

Примечание:
Описанная процедура предназначена только для ознакомления.
Изделие предназначено для использования квалифицированным медицинским персоналом, обладающим знаниями в области его применения.
Изделие стерильно, для одноразового использования и должно быть утилизировано после использования.
Апирогенно.
Не содержит латекса.

ZAMAR d.o.o отклоняет любой вид ответственности, вытекающий из неправильного или повторного использования или повторной стерилизации изделия.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ
1. Установить иглу в автоматическое устройство.
2. Поместить иглу в автоматическое устройство, следуя инструкциям по применению.
3. Использовать автоматическое устройство строго следуя инструкции применения, составленными его производителем.

Пользователь должен сообщать о любом серьёзном инциденте Производителю и/или Уполномоченному представителю.
Для более подробной информации опираясь на руководству MEDDEV 2.12-1 rev.8.
После применения изделия необходимо утилизировать изделие в специальный контейнер для утилизации медицинских изделий, чтобы избежать риска контаминации и инфекции.