Medtronic

ООО «Медтроник»
Башня на Набережной
ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д10, стр. С
123317, Москва, Россия

tel (+7 495) 580 73 77
fax (+7 495) 580 73 78
www.medtronic.ru

По месту требования

11 сентября 2018 года

Уважаемые господа!

ООО «Медтроник», являющееся преемником ООО «Ковидиен Евразия», являющееся официальным представителем продукции производства Covidien LLC (США) на территории Российской Федерации, выражает Вам свое почтение и доводит до Вашего сведения значимую информацию о совместимость скрепок и шовных материалов из стали и титана производства Covidien со статическим магнитным полем 3.0 и менее Тэсла при исследованиях с использованием магнитно-резонансной томографии и ядерно-магнитно-резонансной томографии.

Титан, содержащийся в скрепках и клипсах инструментов Endo Clip™, AcuClip™, LDS™, Premium Surgiclip™, GIA™, TA™, EEA™, Protack™, Stat Tack™, Tacker™, Versatack™, Endo Hernia™, Endo Universal™, Endo GIA™, Endo GIA™ Universal, Endo GIA™ Tri-Staple™, Endo TA™, Roticulator™, можно помещать в магнитное поле при МРТ и ЯМР, поскольку он не имеет ферромагнитных свойств.

Стальные скрепки из 316L стали, использующиеся в кожных степлерах Royal™, Appose™, Concorde™, Signet™, SM™, DFS™, MultiFire Premium™, а также в кассетах к степлерам LDS и LDS2, Purstring, также могум помещаться в статическое магнитное поле 3,0 Тэсла и менее при МРТ и ЯМР процедурах. Стальные скрепки имеют очень низкий вес, а также их композиция расценивается как немагнитная. Они не приходят в движение и не нагреваются. Следует учитывать, что скрепки и скобки из стали могут создавать помехи изображения, более выраженные, нежели чем аналогичные титановые. Также немагнитные стальные скрепки присутствуют в кассетах к степлерам GIA™ 50 & 90 Premium. Сказанное также относится к шовным материалам Steel производства Covidien.

Литературные данные также свидетельствуют о том, что пассивные импланты, такие как скрепки, клипсы и шовные материалы, могут подвергаться воздействию статического магнитного поля 3,0 Тэсла и меньше при МРТ и ЯМР процедурах непосредственно после имплантации.

Следует также учитывать, что выше сказанное не применимо в следующих случаях:
1) Стальные скрепки, скобки и шовные материалы могут иметь больший вес, чем стальные скрепки, скобки и шовные материалы Covidien.
2) Статическое магнитное поле более 3,0 Тэсла.
3) Наличие магнитных объектов, таких как иглы шовных материалов
4) Аналогичные продукты других производителей.
5) Электроды временной кардиостимуляцмм Flexon™

Не подвергайте магнитно-резонансному воздействию ткани, целостность которых скомпроментирована и стабильность импланта сомнительна. А также в случае, когда локализация импланта невозможна.Для получения более подробной информации о свойствах продуктов Covidien и их технических характеристиках, наиболее полно соответствующих Вашим клиническим задачам, пожалуйста, обратитесь к представителю Медтроник в Вашем регионе.

Операционный менеджер

направления малоинвазивных методов лечения Г.В.Самсонова