Резопрен (RESOPREN)

Стерильный, нерезорбируемый шовный материал

ОПИСАНИЕ

Резопрен представляет собой монофиламентный нерезорбируемый хирургический шовный материал из поливинилидендифлюорида.

Резопрен выпускается в синей окраске (растворимый синий №104, цветной индекс № 61568). В отношении способа производства, чистоты, хранения Резопрен соответствует требованиям Европейской Фармакопеи в отношении стерильных нерезорбируемых шовных материалов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ввиду высокой стойкости и возможности изготовления прочных узлов Резопрен особенно хорошо пригоден для вживления долговременных имплантатов в сосудистой хирургии. Он широко применяется для сшивания и наложения лигатур мягких тканей, в том числе нейрохирургических, офтальмологических и сердечно-сосудистых вмешательств. Кроме того, Резопрен применяется в качестве кожной нити, в первую очередь в пластической хирургии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Выбор шовного материала производится в соответствии с опытом хирурга, хирургической методикой, состоянием пациента и размером раны.

ДЕЙСТВИЕ

Резопрен обусловливает вначале лишь небольшую воспалительную реакцию, за которой следует постепенное, медленное формирование соединительной капсулы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не известны

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ/МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Как и при использовании любого другого шовного материала, необходимо следить за тем, чтобы нить не повреждалась при использовании, в частности, ее нельзя перегибать или сдавливать хирургическими инструментами, например, иглодержателем.

При подтягивании шва следует всегда тянуть за нить между иглой и проколом. Нельзя тянуть нить слишком сильно или протягивать ее через острые предметы. При натяжении нити следует избегать трения о резиновую перчатку, так как это может привести к повреждению нити.

Во избежании повреждения иглы следует зажимать ее всегда на расстоянии 1/3-1/2 длины от армированного конца к острию. Необходимо избегать деформации иглы, так как это приводит к потере стабильности. При использовании хирургических игл применяющий иглу должен особенно следить за тем, чтобы не уколоться самому, что является возможным источником инфекции. Использованные иглы следует утилизировать при соблюдении соответствующих правил.

Риск расхождения раны варьирует в зависимости от локализации раны и от примененного шовного материала. Поэтому пользователь должен быть хорошо знаком с хирургическими методиками, при которых применяется Резопрен. Длительный контакт Резопрена с солесодержащими растворами может приводить, как и в случае других инородных тел, к формированию конкрементов (мочевыводящие пути, желчевыводящие пути).

Резопрен применяется при наличии показаний в соответствии с обычными хирургическими методиками наложения швов и вязания узлов, в зависимости от опыта пользователя

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В начале возможно развитие воспалительных тканевых реакций и кратковременных раздражений в окружности раны. За счет воздействия инородного тела возможно временное усиление ранее существовавших воспалительных изменений тканей в окружности раны.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Резопрен стерилизуют окисью этилена. Нельзя применять открытые или поврежденные упаковки! Повторная стерилизация не допускается!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре, не превышающей 25°С, в месте, защищенном от воздействия влаги и прямого действия тепла. Шовный материал имеет срок годности 5 лет. По истечении срока хранения применение не допускается!

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Шовные материалы должны быть использованы незамедлительно после вскрытия упаковки. Упаковка шовного материала требует извлечения материала в стерильных условиях. Остатки неиспользованного шовного материала вместе с иглой подлежат утилизации. Утилизация на территории Российской Федерации производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».