
CE 1370 STERILE EO LATEX



EXPLORA - CN

РУ: РЗН2019/9364

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ «НАБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИЙНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ EXPLORA» С КОНЧИКОМ «ЧИБА» ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ АСПИРАЦИИ РАЗНОГО ТИПА.

Предостережения:
- Хранить в сухом и чистом месте, вдалеке от прямых попаданий солнечных лучей и источников тепла.
- Перед использованием проверить целостность стерильной упаковки: в случае наличия повреждений или если открыта, не использовать изделие.
- Проверить срок годности.
- Не нарушать стерильность изделия перед использованием.

Примечание:
Описанная процедура предназначена только для ознакомления.
Изделие предназначено для использования квалифицированным медицинским персоналом, обладающим знаниями в области его применения.
Изделие стерильно, для одноразового использования и должно быть утилизировано после использования. Апирогенно.
Не содержит латекса.

ZAMAR d.o.o отклоняет любой вид ответственности, вытекающий из неправильного или повторного использования или повторной стерилизации изделия.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настроить ограничитель глубины на необходимую величину и направить иглу на точку проведения биопсийного исследования.
2. При проколе под углом по отношению к поверхности кожи запорный зубец колпачка стилета должен быть обращен вверх (в этом случае угол вхождения острия в кожную ткань будет более благоприятным)
3. При пенетрации держать шляпку стилета прижатой к прозрачной рукоятке, например, предварительно нажав на шляпку указательным пальцем.
4. Достичь точку проведения биопсийного исследования с помощью ограничителя глубины и сантиметровой шкалы. Изображение, полученное при ультразвуковом контроле, будет более полным благодаря внутреннему дистальному эхогенному Маркеру.
5. По достижению точки проведения биопсии/аспирации извлечь стилет, присоединить шприц с конусом luer lock или удлинительную линию со шприцем.
6. Провести аспирацию.
7. Удалить иглу из тела пациента.
8. После удаления иглы из пациента поместите её в специальную емкость для утилизации.

Пользователь должен сообщать о любом серьёзном инциденте Производителю и/или Уполномоченному представителю. Для более подробной информации опираясь на руководству MEDDEV 2.12-1 rev.8.
После применения изделия необходимо утилизировать изделие в специальный контейнер для утилизации медицинских изделий, чтобы избежать риска контаминации и инфекции.