
Parietex™ монофиламентная легкая сетка из полиэстера



Код заказа	Размер	Шт./кор.
TCM1106	6 x 11 см	1
TCM1106x3	6 x 11 см	3
TCM1510	15 x 10 см	1
TCM1510X3	15 x 10 см	3
TCM1515	15 x 15 см	1
TCM1515X3	15 x 15 см	3
TCM2020	20 x 20 см	1
TCM2020X3	20 x 20 см	3
TCM3030	30 x 30 см	1
TCM3015	30 x 15 см	1
TCM4530	45 x 30 см	1

COVIDIEN


COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом “positive results for life” и бренды с маркировкой ™ являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG или аффилированных компаний.
© 2009 Covidien. Все права защищены.

Официальный представитель Корпорации «Ковидиен» в России ООО «Ковидиен Евразия»
115054 Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 5
Тел.: (495) 933-6469
Факс: (495) 933-6468
RUS@COVIDIEN.COM
WWW.COVIDIEN.COM

COVIDIEN
positive results for life™

Parietex™ монофиламентная легкая сетка из полиэстера

Инновационный дизайн для лучших результатов




Гидрофильный
Крупнопористый
Монофиламент

Свойства	Преимущества
Гидрофильность	• Обеспечивает лучшую интеграцию[2]
Легкость	• Малый удельный вес 46 (г/м^2)[1] • Меньше реакция на инородный материал[2]
Полиэстер	• Биосовместимость[2] • Долговременная стабильность
Крупнопористость	• 1.5 мм x 1.5 мм • Обеспечивает лучшее прорастание[2] • Минимизирует риск сморщивания[3]
Прочность	• Прочность на разрыв -24 ± 1 N (продольное направление) -26 ± 1N (поперечное направление) • Прочность на отрыв лигатуры -33 ± 4 N (продольное направление) -40 ± 8 N (поперечное направление)
Изоэластичность	• Сетка может располагаться в любом направлении • Соответствует эластичности брюшной стенки




Поры 1.5 мм x 1.5 мм



Легкая монофиламентная сетка из полиэстера Parietex™ — это инновационный синтетический имплантат, предлагающий альтернативный полипропилену материал, с гистологическими результатами гидрофильной полиэстерной сетки

Гистологический анализ 13 недель после имплантации


Parietex™, монофиламентная легкая сетка из полиэстера




Самая низкая интенсивность фагоцитарной инфильтрации[2]

Интеграция окружающих тканей демонстрирует лучшие результаты в сравнении с контрольными группами[2]

Prolene™* Ethicon



Ultrapro™* Ethicon



1 - Результаты механических тестов Covidien
2 - Данные по преклиническому исследованию n° 79037
3 - Gonzalez, R. et al. (2005). Relationship between tissue ingrowth and mesh contraction. *World Journal of Surgery*, 29,1038-1043